




## Medidor de CO<sub>2</sub> y Temperatura: Labotect mod. InControl 1050 (para el control del funcionamiento de los incubadores)



### Medida de Presión parcial de CO<sub>2</sub>

- Rango de medida: 0 - 10%
- Resolución: 0,1 %
- Precisión: +/- 0,2%

### Medida de Temperatura

- Rango de medida: 0 - 50%
- Resolución: 0,1 °C
- Precisión: +/- 0,2 °C
- medidas a intervalos de 2 a 60 min